



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 декабря 2021 года № РЗН 2021/16114

На медицинское изделие

**Установка стоматологическая по ТУ 32.50.11-001-98238288-2018,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника РЕБОТЕК",
(ООО "Медтехника-Р"), Россия,
125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, эт. 1, помещ. X**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Медтехника РЕБОТЕК",
(ООО "Медтехника-Р"), Россия,
125222, Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2, эт. 1, помещ. X**

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-39552/106411 от 16.02.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 21 декабря 2021 года № 12113
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0061485

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 декабря 2021 года

№ РЗН 2021/16114

Лист 1

На медицинское изделие

Установка стоматологическая по ТУ 32.50.11-001-98238288-2018, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в вариантах исполнения:

I. Установка стоматологическая CQ-215, в составе:

1. Стоматологическое кресло с двигателем постоянного тока - 1 шт.
2. Блок плевательницы - 1 шт.
3. Комплект системы очищения воды - 1 шт. (при необходимости).
4. Система подачи воды - 1 шт.
5. Блок питания - 1 шт.
6. Шприц с тройным переключением (горячая/холодная вода) - 1 шт.
7. Стул врача - 1 шт. (при необходимости).
8. Комплект наконечников с двухходовой или четырехходовой высокооборотной турбиной, модель CX207-F-SP, CX207-F-TP, CX207-FD-SP - 2 шт. (при необходимости).
9. Комплект наконечников с двухходовым или четырехходовым низкооборотным воздушным двигателем, модели CX235C1-2, CX235C1-4, CX235C2-1 - 1 шт. (при необходимости).
10. Аспирационное устройство - 1 шт. (при необходимости).
11. Стоматологический светильник CQ-249-22 - 1 шт. (при необходимости).
12. Стоматологическая лампа CQ-249-66 - 1 шт. (при необходимости).
13. Негатоскоп - 1 шт. (при необходимости).
14. Скалер ультразвуковой, модели P4, P5, P6, P7, B6, C6, производства "Наннинг Баолай Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13080 - 1 шт. (при необходимости).

II. Установка стоматологическая CQ-216, в составе:

1. Стоматологическое кресло с двигателем постоянного тока - 1 шт.
2. Блок плевательницы - 1 шт.
3. Система подачи воды - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Шприц с тройным переключением (горячая/холодная вода) - 2 шт.
6. Стул врача - 1 шт. (при необходимости).
7. Комплект наконечников с четырехходовой высокооборотной турбиной, модель CX207-F-SP, CX207-F-TP, CX207-FD-SP - 2 шт. (при необходимости).
8. Комплект наконечников с четырехходовым низкооборотным воздушным двигателем, модели CX235C1-2, CX235C1-4, CX235C2-1 - 1 шт. (при необходимости).
9. Аспирационное устройство - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0094446

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 декабря 2021 года

№ РЗН 2021/16114

Лист 2

10. Стоматологический светильник CQ-249-22 - 1 шт. (при необходимости).
11. Стоматологическая лампа CQ-249-66 - 1 шт. (при необходимости).
12. Скалер ультразвуковой, модели P4, P5, P6, P7, B6, C6, производства "Наннинг Баолай Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13080 - 1 шт. (при необходимости).

III. Установка стоматологическая CQ-217, в составе:

1. Стоматологическое кресло с двигателем постоянного тока - 1 шт.
2. Блок плевательницы - 1 шт.
3. Система подачи воды - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Шприц с тройным переключением (горячая/холодная вода) - 2 шт.
6. Стул врача - 1 шт. (при необходимости).
7. Комплект наконечников с четырехходовой высокооборотной турбиной, модель CX207-F-SP, CX207-F-TP, CX207-FD-SP - 2 шт. (при необходимости).
8. Комплект наконечников с четырехходовым низкооборотным воздушным двигателем, модели CX235C1-2, CX235C1-4, CX235C2-1 - 1 шт. (при необходимости).
9. Аспирационное устройство - 1 шт. (при необходимости).
10. Стоматологический светильник CQ-249-22 - 1 шт. (при необходимости).
11. Стоматологическая лампа CQ-249-66 - 1 шт. (при необходимости).
12. Скалер ультразвуковой, модели P4, P5, P6, P7, B6, C6, производства "Наннинг Баолай Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13080 - 1 шт. (при необходимости).

IV. Установка стоматологическая CQ-218, в составе:

1. Стоматологическое кресло с двигателем постоянного тока - 1 шт.
2. Блок плевательницы - 1 шт.
3. Система подачи воды - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Шприц с тройным переключением (горячая/холодная вода) - 2 шт.
6. Стул врача - 1 шт. (при необходимости).
7. Комплект наконечников с двухходовой или четырехходовой высокооборотной турбиной, модель CX207-F-SP, CX207-F-TP, CX207-FD-SP - 2 шт. (при необходимости).
8. Комплект наконечников с двухходовым или четырехходовым низкооборотным воздушным двигателем, модели CX235C1-2, CX235C1-4, CX235C2-1 - 1 шт. (при необходимости).
9. Аспирационное устройство - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

094447

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 декабря 2021 года

№ РЗН 2021/16114

Лист 3

10. Стоматологический светильник CQ-249-22 - 1 шт. (при необходимости).
11. Стоматологическая лампа CQ-249-66 - 1 шт. (при необходимости).
12. Скалер ультразвуковой, модели P4, P5, P6, P7, B6, C6, производства "Наннинг Баолай Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13080 - 1 шт. (при необходимости).

V. Установка стоматологическая CQ-219, в составе:

1. Стоматологическое кресло с двигателем постоянного тока - 1 шт.
2. Блок плевательницы - 1 шт.
3. Система подачи воды - 1 шт.
4. Блок питания - 1 шт. (при необходимости).
5. Шприц с тройным переключением (горячая/холодная вода) - 2 шт.
6. Стул врача - 1 шт. (при необходимости).
7. Комплект наконечников с двухходовой или четырехходовой высокооборотной турбиной, модель CX207-F-SP, CX207-F-TP, CX207-FD-SP- 2 шт. (при необходимости).
8. Комплект наконечников с двухходовым или четырехходовым низкооборотным воздушным двигателем, модели CX235C1-2, CX235C1-4, CX235C2-1 - 1 шт. (при необходимости).
9. Аспирационное устройство - 1 шт. (при необходимости).
10. Стоматологический светильник CQ-249-22 - 1 шт. (при необходимости).
11. Стоматологическая лампа CQ-249-66 - 1 шт. (при необходимости).
12. Скалер ультразвуковой, модели P4, P5, P6, P7, B6, C6, производства "Наннинг Баолай Медикл Инструмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13080 - 1 шт. (при необходимости).

Место производства:

1. ООО "Медтехника-Р", Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Коммунальный пр-д, вл. 30.
2. Guangzhou Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd., 4th Floor, No 3 Building, Kengkou Industrial Area, No. 125, Kengkou Street, Liwan District, 510380, Guangzhou, People's Republic of China.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0094450